**Утилизация** Изделия относятся к медицинским отходам класса «А». Они утилизируются стандартным способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Вложения набора утилизируются согласно их эксплуатационных документов.

**Контактная информация производителя**
ООО «МЕДПЛАНТ»
Адрес: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5., эт. 2, пом. I, ком. 296-318

**Замена тяги укладки с использованием ремонтного комплекта:**
Состав ремкомплекта:
- замок – 1 шт.;
- тяга – 2 шт. ;
- втулка – 2 шт.;
- шайба пружинная («гровер») 4х1 – 2 шт.
- винт М4х18 – 2 шт.;
- гайка М4 – 2 шт.




обозначения на рисунке:
1 - винт;
2 – корпус укладки, внутренняя сторона
3 - тяга
4 - втулка
5 – пружинная шайба
6 - гайка

**Свидетельство о приёмке:** укладка врача скорой помощи

| Наименование | Артикул |
|---|---|
| УМСП-01-П | 322 |
| УМСП-01-П/2 | - |
| УМСП-01-П/3 | 281 |

соответствует ТУ 9437-006-52777873-2010 и признана годной для эксплуатации.

№ партии:
Дата выпуска:
Штамп ОТК:

Дата продажи:
Подпись продавца:

**Укладка врача скорой помощи серии УМСП-01-П – надёжное средство комплектования, хранения и транспортировки медицинского имущества. Благодарим Вас за Ваш выбор и надеемся, что работать с ним Вам будет легко и удобно.**

*Изготовитель с благодарностью примет любые замечания по конструкции и составу укладки – это поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.*

Купить медицинские укладки УМСП можно на сайте **https://medik-dom.ru/**

МЕДПЛАНТ
производственное предприятие

ОКПД2 32.50.13.190
ТУ 9437-006-52777873-2010
Рег. уд. № ФСР 2010/07335 от 11.03.2019г

# УКЛАДКА ВРАЧА СКОРОЙ ПОМОЩИ СЕРИИ УМСП-01-П

**Руководство по эксплуатации**
ЛКЯМ.323366.001 РЭ

*Перед началом работы с изделием внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

Сделано в России

**Назначение:** укладка врача скорой помощи серии УМСП-01-П предназначена для комплектования, хранения и транспортировки медицинских вложений.
**Область применения:** службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины; медпункты, здравпункты предприятий, амбулаторные учреждения.
**Технические характеристики:**

| серия / параметр | **УМСП-01-П** (со стандартными лотками) | **УМСП-01-П/2** (с приподнятыми створками) | **УМСП-01-П/3** (с 2-этажными лотками) |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | (520x310x390) ±15 | (520x310x390) ±15 | (520x310x390) ±15 |
| Масса, кг, не более | 3,8 | 4,0 | 4,4 |
| Номинальная нагрузка | не более 12 кг. | | |
| Рабочий диапазон температур | от –25 ºС до +40 ºС | | |
| Кол-во мест для ампул | 247 | Поставляется без ложемента | Поставляется без ложемента |

**Комплект поставки:**
1. Футляр-укладка с внутренними элементами конструкции;
2. Ремкомплект;
3. Руководство по эксплуатации.

**Описание изделия:** Укладка врача скорой медицинской помощи серии УМСП-01-П представляет собой легкий удобный чемодан из холодо- и теплостойкого ударопрочного пластика с двумя раскрывающимися в стороны створками.

**Варианты исполнения укладки:**

**А)** ***Стандартное УМСП-01-П***

Укладка УМСП-01-П в стандартном исполнении имеет основной отсек для размещения вложений (бинтов, шприцов, инструментов и т.д.) и 2 лотка с ложементами для ампул и ячейками для аксессуаров, в одном лотке – ложемент для ампул 1 и 2 мл. (162 мест), в другом лотке – ложемент для ампул 5 и 10 мл. разного типа (85 мест) и флаконов антисептиков (5 мест). Ложемент выполнен из изолона ППЭ, который применяется в медицинской промышленности для изготовления иммобилизационных шин. Стеклянные инфузионные флаконы при необходимости размещаются горизонтально в основном отсеке. В комплект входит лист липкой аппликации с названиями лекарственных средств. Названия приклеиваются непосредственно на ложементы для большей наглядности при работе с укладкой.

**Б)** ***С поднятыми лотками УМСП-01-П/2***

Укладка УМСП-01-П/2 предназначена для комплектования инфузионного набора или других специализированных укладок. Увеличена вместимость основного отсека футляра, инфузионные флаконы помещаются вертикально. Укладка имеет 2 лотка уменьшенной высоты, ложементов для ампул нет, ампулы при необходимости размещаются в лотках горизонтально.

**В)** ***С двухэтажными лотками УМСП-01-П/3***

Укладка УМСП-01-П/3 предназначена для комплектования укладки врача СМП с горизонтальным расположением ампул в лотках, большой реанимационной укладки, укладки для спецприменений, других видов специализированных укладок. Увеличена вместимость основного отсека. инфузионные флаконы помещаются вертикально. Укладка имеет 4 горизонтально-ориентированных лотка уменьшенной высоты (в два этажа), ложементов для ампул нет, ампулы при необходимости размещаются в лотках горизонтально.
**Опции:** с помощью опций конструкция укладки может быть адаптирована под индивидуальные требования. Например, укладка может быть использована для хранения и транспортировки инфузионных флаконов (инфузионный набор).
- **столик манипуляционный.** Для установки столика в рабочее положение необходимо полностью раскрыть укладку, разведя створки в стороны, разместить столик между лотками, зацепив его за края правого и левого лотка.
- **ампульница из ткани ПВХ.** Если потребителю нужно использовать лотки укладки для хранения, ампулы можно разместить в тканевой ампульнице.
- **вкладыши в укладку для размещения вложений**. Предназначены для раздельного размещения медицинского имущества и разделения вложений на функциональные блоки (например, эпидукладка, таблетки).
- **держатели инфузионных флаконов с кронштейнами-крючками**. Предназначены для подвешивания стеклянных флаконов на 200 мл и 400 мл за элементы интерьера. Держатели выполнены в виде расстёгивающейся сетки из ранцевой ленты. Пластиковые флаконы подвешиваются непосредственно на кронштейн-крючок. Пара таких держателей не занимает много места в укладке. Держатели вместе с катетерами и инфузионными системами можно поместить в отдельный вкладыш в укладку, получится компактный инфузионный комплект, который можно поместить в любую укладку или набор.
- **ремень плечевой.** Предназначен для переноса укладки серии УМСП-01-Пм, обеспечивает равномерное распределение веса укладки. Ремень регулируется по длине и оборудован накладкой против сминания.
*Опции можно заказать вместе с укладкой или отдельно.*

**Правила работы с укладкой:**
1. Перед началом работы с набором внимательно прочтите данное руководство.
2. Замки укладки открываются движением от ручки и снимаются для обработки движением к ручке при открытых створках. При закрывании не допускайте перекоса створок.
3. Для очистки внутренней поверхности лотков и створок лотки укладки сделаны съёмными. Чтобы установить лоток на место, надо слегка отогнуть угол створки и совместить втулку (шип) на торце лотка с фиксирующим кольцом на внутренней поверхности створки – поочерёдно с двух сторон.
4. Резьбовые соединения тяг защищены от вибрации пружинными шайбами. Однако, при интенсивной эксплуатации укладки периодически проверяйте состояние винтов, при необходимости закрутите их отвёрткой.
5. Ложементы и перегородки легко вынимаются для обработки, при необходимости их можно зафиксировать клеем.
6. Не рекомендуется ставить укладку в салоне санитарного автомобиля возле отопителя. Пластик футляра термостойкий, тем не менее, следует избегать перегревания ампул.
7. Укладка защищает содержимое от повреждений. Однако, при транспортировке и работе с ней избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке медицинских инструментов и нарушению стерильности вложений. При хранении и транспортировке укладка должна быть всё время ориентирована

вертикально (ручкой вверх). Не нагружайте укладку более чем на 12 кг, в противном случае это может привести к повреждению укладки. Бережное отношение и аккуратная работа с укладкой продлевает срок ее службы.

**Хранение и уход:** укладку в процессе эксплуатации и хранения следует содержать чистой и сухой. По мере загрязнения обработка и дезинфекция укладки УМСП-01-Пм производится по МУ287-113 методом протирания салфеткой, смоченной хлорамином по ТУ 6-01-4689387-16. Наружные и внутренние поверхности в процессе очистки от белковых, жировых, механических загрязнений, а также лекарственных средств устойчивы к воздействию моющего раствора: 0,5 %-ной перекиси водорода по ГОСТ 177 и 0,5 %-ого синтетического моющего средства типа "Лотос", "Астра" по ГОСТ 25644.

**Гарантии изготовителя:** Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев со дня продажи. При необходимости сервисного обслуживания укладки, получения опций и запасных частей обращайтесь к изготовителю по адресу и телефонам, указанным на титульном листе настоящего руководства и на этикетке, наклеенной на укладку.