



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОТЕКТОР",  
ОГРН 1077847551429

Юридический адрес: 191036, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, дом 10,  
лит. А, помещение 2-Н. Фактический адрес: 199178, РОССИЯ, город Санкт-Петербург,  
набережная реки Смоленки, дом 5-7.

Телефон: +7(812)320-22-97, Факс: +7(812)320-22-97, E-mail: info@alcotector.ru

в лице генерального директора Сидорова Александра Сергеевича (уполномоченное  
изготовителем лицо на основании Соглашения от 19.09.2016)

заявляет, что Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V  
изготовитель Shenzhen Well Electric Co., Ltd./ "Шеньчжэнь Велл Электрик Кампани Лтд.",  
Адрес: КИТАЙ, 1-2F, No. 227, Hexicun, Hengkeng, Guanlan Town, Longhua District, Shenzhen  
City, China.

Код ТН ВЭД 9027101000.

Серийный выпуск продукции в соответствии с Международным стандартом  
IEC 60601-1-2:2001.

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011: Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании

протокол испытаний № 10035111-17-СИЦ от 15 марта 2017 г.

Испытательная лаборатория Некоммерческого партнерства "Сертификационный  
Испытательный Центр"

аттестат аккредитации № RA.RU.21ME95 от 25.02.2016.

Дополнительная информация

Условия хранения:

– диапазон температуры окружающего воздуха, °С: от 5 до 40;

– верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха: 80 % при 25 °С.

Средний срок службы анализатора 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.03.2022  
включительно

  
(подпись)



Сидоров А.С.  
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.50128

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.03.2017