РУКОВОДСТВО

КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ,

С ПОСТОЯННОЙ ВЫСОТОЙ, С МЕХАНИЧЕСКИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СЕКЦИЙ

КГ-«МСК» (МСК-409)

ТУ 9452-018-52962725-2008

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Кресло гинекологическое (далее по тексту — кресло) предназначено для использования в амбулаториях и стационарах для гинекологических, урологических и проктологических осмотров и процедур.

1.2. Кресло изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре + 25 ° С

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.1.1 Основные параметры и размеры кресла указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров, ±10 мм
	КГ-«МСК» (МСК-409)
1. Габаритные размеры:	
- длина и высота в положении «кресло» (при 45°), не более, мм:	1450x1600
- длина и высота в положении «кресло» (при 60°), не более, мм:	1250x1700
- длина и высота в положении «стол», не более, мм:	1750x1100
- ширина основания, не более, мм:	750
- ширина (с опорами для ног по Геппелю), не более, мм:	830
- высота до секции «Таз», не более, мм	910
2. Размеры секции «Спина», не более, мм:	910x580
3. Размеры секции «Таз», не более, мм:	410x580
4. Угол наклона секций, не менее: - «Спина»	0....+ 60°
- «Таз»	0.....+ 15°
5 . Масса кресла, кг, не более:	52

2.2. Характеристики:

2.2.1. Кресло выдерживает равномерно распределенную по секциям нагрузку массой не более 120 ± 0.5 кг.

2.2.2. Металлические детали кресла имеют защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной «МЕДЛАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

2.2.3. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

2.2.4. Наружные поверхности кресла устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21- 2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3 .1 Комплект поставки кресла соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование изделия	Количество, шт.
1	Гинекологическое кресло	1
2	Консоль	1
3	Основание	1
4	Откидная ступенька	1
5	Опора для ног по Геппелю	2
6	Гинекологический лоток из нержавеющей стали	1
7	Комплектующие (ножки — 4шт., заглушки ф51- 4шт., винт М10х25 — 8шт., болт М8х40 — 2 шт., шайба пружинная 10 — 8шт., шайба 8 — 2 шт.)	1
8	Руководство	1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Кресло состоит из:

- основания, установленного на 4 регулируемые ножки
- консоли, изготовленной из металлической квадратной трубы;
- секций «Таз» и «Спина»;
- опор для ног;
- откидной ступеньки;
- лотка.

4.2. Основание кресла изготовлено из стальных труб прямоугольного сечения.

4.3. Секции «Таз», «Спина» облицованы винилискожей по ТУ8714-138-05790484-2011 с поролоновой прослойкой. Опора для ног литая, имеет металлический каркас и пенополиуретановую прослойку.

4.4. Регулирование угла подъема секций производится при помощи механизма «Растомат». Для регулировки необходимо приподнять секцию на требуемый угол – фиксатор на механизме защелкнется. Для опускания секции необходимо так же приподнять секцию - фиксатор на механизме выйдет из зацепления, а затем опустить на требуемый угол.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К сборке и эксплуатации кресла допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию гинекологического кресла и правила эксплуатации .

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

6.1. После транспортирования кресла в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2. Распаковать гинекологическое кресло и проверить целостность покрытия .

6.3. Проверить комплектность.

6.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина) .

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего руководства.

7.2. Осуществить сборку согласно схеме, используя комплектующие.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кресла, проверку исправности подъемных механизмов, а также при необходимости смазку подвижных соединений.

8.2 В случае ослабления затяжки резьбовых соединений необходимо затянуть их гаечным ключом.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1 Изделия в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются крытыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С без конденсации влаги.

9.2 Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем руководстве.

10.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

10.3 Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

10.4 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

10.5 Средний срок службы 8 лет. За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло гинекологическое с постоянной высотой, с механическим регулированием секций КГ– «МСК» (МСК-409) _____

Дата выпуска _____ _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452- 018 -52962725 -2008 и признано годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку_____(Хабибуллин Р.Р)

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники _____

наименование и тип изделия

_____

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска _____

Приобретено _____

дата, подпись, штамп торгующей организации

СХЕМА СБОРКИ КРЕСЛА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО КГ- «МСК»(МСК-409)

1. Установить основание на ножки, вставить заглушки.
2. Закрепить консоль на основании при помощи винтов М10х25, шайб пружинных 10.
3. Установить кресло на консоль и закрепить при помощи винтов М10х25 и шайб пружинных 10.
4. Откидную ступеньку закрепить на основании при помощи винтов М8х40 и шайб 8.
5. Установить гинекологический лоток.
6. Установить опоры для ног.
7. Проверить работоспособность исполнительных механизмов.

