

Вы приобрели медицинский инструментарий НПП «Уникон» из высококачественной стали, изготовленный по современным технологиям.

Мы уверены, что при соблюдении наших рекомендаций, купленный Вами инструментарий прослужит долго и успешно.


Посмотреть описание и заказать медицинский инструмент в интернет-магазине www.medik-dom.ru



АЮ45

**НАСАДКА ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ
НЕБНЫХ МИНДАЛИН НПП «Уникон»
ТУ 9437-051-36926687-2006**

**ЭТИКЕТКА
НПП.00 ЭТ**



Наименование для заказа: Насадка для промывания небных миндалин НПП «Уникон» ТУ 9437-051-36926687-2006 Исполнение: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Материал: сталь нержавеющая специальная

Поверхность: полированная, повышенной стойкости к термической, химической и другим видам обработки

Внутренний диаметр трубки, мм: 1,2; 1,4

Длина, мм: 130

Масса, г, не более: 4

НАЗНАЧЕНИЕ

Насадки предназначены для промывания небных миндалин с помощью шприца.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

Насадка	-	1 шт.;
Этикетка	-	1 шт.

По требованию заказчика насадки могут быть укомплектованы мандренами.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию проводить в соответствии с требованиями ОСТ 42-21-2-85, методическими указаниями, утверждёнными МЗ РФ, для инструментов из нержавеющей стали.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Изделия должны храниться в помещениях при температуре воздуха от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха не более 80% (при +27°C) - условия хранения 2 по ГОСТ 15150 и транспортирования 5 по ГОСТ 15150.

Не допускается наличие в воздухе веществ, вызывающих коррозию.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 18 месяцев со дня продажи или 500 циклов стерилизации при условии использования их по назначению.

При соблюдении правил хранения, транспортирования и эксплуатации срок хранения и эксплуатации не ограничен.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Насадки для промывания небных миндалин НПМ “Уникон” изготовлены в соответствии с ТУ 9437-051-36926687-2006 и прошли приемо-сдаточные испытания.

Регистрационное удостоверение № ФС 02012006/5570-06 от 28.12.2006г.

Сертификат соответствия № РОСС.RU.АЮ45.В00465 от 30.07.2009

Количество 3 шт.

Дата изготовления XII 20 11 г.

Упаковку произвел 

Представитель ОТК 