Вы приобрели медицинский инструментарий НПП “Уникон” из высококачественной стали, изготовленный по современным технологиям.

Мы уверены, что при соблюдении наших рекомендаций, купленный Вами инструментарий прослужит долго и успешно.

Посмотреть описание и заказать медицинский инструмент в интернет-магазине
www.medik-dom.ru

# НАСАДКА ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ АТТИКА
## НПА «Уникон»
## ТУ 9437-051-36926687-2006

*ЭТИКЕТКА*
*НПА.00 ЭТ*

АЮ45



Наименование для заказа: Насадка для промывания аттика НПА «Уникон» ТУ 9437-051-36926687-2006

Исполнение: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150

Материал: сталь нержавеющая специальная

Поверхность: полированная, повышенной стойкости к термической, химической и другим видам обработки

| | |
|---|---|
| Внутренний диаметр трубки, мм: | 1,3 |
| Длина, мм: | 110 |
| Масса, г, не более: | 4 |

## НАЗНАЧЕНИЕ

Насадки предназначены для промывания аттика с помощью шприца.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

| | | |
|---|---|---|
| Насадка | - | 1 шт.; |
| Этикетка | - | 1 шт. |

По требованию заказчика насадки могут быть укомплектованы мандренами.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию проводить в соответствии с требованиями ОСТ 42-21-2-85, методическими указаниями, утверждёнными МЗ РФ, для инструментов из нержавеющей стали.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя в помещениях с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150, т.е. при температуре воздуха от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 80% (при +25°С).

Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150.

Не допускается наличие в воздухе веществ, вызывающих коррозию.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 18 месяцев со дня продажи или 500 циклов стерилизации при условии использования их по назначению.

При соблюдении правил хранения, транспортирования и эксплуатации срок хранения и эксплуатации не ограничен.

.



## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Насадки для промывания аттика НПА “Уникон” изготовлены в соответствии с ТУ 9437-051-36926687-2006 и прошли приемо-сдаточные испытания.

Регистрационное удостоверение № ФС 02012006/5570-06 от 28.12.2006г.

Сертификат соответствия № РОСС.RU.АЮ45.В00465 от 30.07.2009

Количество ……2…… шт.

Дата изготовления…XII…… 2011 г.

Упаковку произвел ……

Представитель ОТК ……