Заказать операционные ножницы остроконечные изогнутые по ребру П-1155-3 можно на сайте **https://medik-dom.ru**

Ножницы: Operating
1155-3 11.5см

Инструменты медицинские предназначены для использования в медицинской практике.
Нержавеющая сталь (коррозионно-стойкая сталь).
Производитель: Саммар Интернешенл, Пакистан,
Sammar International, 2nd Floor Royal Medical Hall,
Chowk Hazrat Imam Sahib, Sialkot, Pakistan.
www.sammarsurgical.com

Рег. № ФСЗ 2012/12514, ФСЗ 2012/12515,
ФСЗ 2012/12516, ФСЗ 2012/12517.

Инструкция по эксплуатации
Инструменты должны пройти стерилизационную обработку, состоящую из дезинфекции, предстерилизационной очистки и воздушной стерилизации. Перед дезинфекций инструменты должны быть тщательно отмыты от органических загрязнений.
1. Погрузить инструменты в дезинфицирующий моющий раствор, не вызывающий коррозию с нейтральным pH при температуре от + 25 ^{0}C в течение 15 - 60 мин., для чистки использовать неметаллические щетки или губки;
2. Ополаскивание чистой проточной водой в течение 3 ± 1 мин.;
3. Ополаскивание дистиллированной водой в течение 0,5 ± 0,1 мин.;
4. Сушить горячим воздухом при температуре до 85 ^{0}C до полного исчезновения влаги;
5. Инструмент, который имеет коррозию, следует обязательно отделить от других инструментов.
Перед стерилизацией и хранением инструменты должны быть чистые, полностью высушены. На не полностью высушенном изделии могут появиться следы коррозии.
Стерилизацию изделий проводить сухим горячим воздухом при температуре (170 ± 10) ^{0}C в течение (50-60) мин.

Хранение. Инструменты хранить в сухом помещении при температуре от +5 °C до + 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Гарантийный срок 1 год с момента отгрузки изделий потребителю при соблюдении инструкции по эксплантации и хранению.