Заказать мочеприемник типа Утка можно на сайте **https://medik-dom.ru**

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

10.03.2025 г.

Наименование продукции:
Мочеприемник мужской полимерный типа «Утка»

Количество: _____
Упаковка, маркировка: ГОСТ 10354-82, ГОСТ 14192
Испытания выполнено по ТУ 9398-002-18388175-2005
Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07406

Наименование показателей	Норма НТД	Результаты испытаний
Масса, кг.	не более 0,2	0,16
Цена деления шкалы	0,025	соответствует
Выдерживаемая нагрузка, Н	не менее 150	152
Выдерживаемая нагрузка н ручку, Н	не менее 20	23
Чистота поверхности	не ниже 9	Соответствует
Габаритные размеры	270 х 100 х 140	соответствует
Устойчивость к дезинфекции	МУ 287-113 ТУ 6-01-4689387-16-89	соответствует

Заключение : Соответствует ТУ