

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

« 11 » декабря 2023 г.

Наименование продукции:

Мочеприемник мужской полимерный типа «Утка»

Количество: _____

Упаковка, маркировка: ГОСТ 10354-82, ГОСТ 14192

Испытания выполнено по ТУ 9398-002-18388175-2005

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07406

Наименование показателей	Норма НТД	Результаты испытаний
Масса, кг.	не более 0,2	0,16
Цена деления шкалы	0,025	соответствует
Выдерживаемая нагрузка, Н	не менее 150	152
Выдерживаемая нагрузка н ручку, Н	не менее 20	23
Чистота поверхности	не ниже 9	Соответствует
Габаритные размеры	270 x 100 x 140	соответствует
Устойчивость к дезинфекции	МУ 287-113 ТУ 6-01-4689387-16-89	соответствует

Заключение : Соответствует ТУ

