

## Информационное письмо!

Светильники-облучатели серии ОБН01 предназначены для обеззараживания воздуха в административных, общественных, производственных помещениях, медицинских учреждениях и других местах массового пребывания людей.

Светильник-облучатель ОБН01-30-012 и ОБН01-30-002 имеет защитный экран для бактерицидной лампы, что позволяет использовать облучатель в присутствии людей. Высота крепления к стене (от пола) должна быть не менее 1,5 м. Облучатель необходимо располагать таким образом, чтобы экранированная лампа облучала верхние слои воздуха.

Светильники соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

Исполнительный  
директор ООО «Ксенон»



Огородов В.А.

 **КСЕНОН**  
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ООО «Ксенон»  
Юр. адрес: Россия, 431430, Республика Мордовия,  
Инсарский р-н, г. Инсар, ул. Советская, 68  
Почт. адрес: Россия, 430030, Республика Мордовия,  
г. Саранск, ул. Полежаева, д. 120А  
Тел./факс г. Инсар: 8 (83449) 2-10-33, 2-10-62  
Тел./факс г. Саранск: 8 (8342) 24-25-41, 48-01-92  
E-mail: xenon@xnp.ru  
Сайт: www.xnp.ru

ИНН/КПП: 1309084872/130901001  
ОГРН: 1131323000126  
ОКПО: 12926234  
БИК: 043601968  
к/с: 30101810422023601968  
р/с: 40702810208180000057  
Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО)

Информационное письмо!

Светильники-облучатели серии ОБН01 предназначены для обеззараживания воздуха в административных, общественных, производственных помещениях, медицинских учреждениях и других местах массового пребывания людей.

Светильники-облучатели ОБН01-2х30-013 и ОБН01-2х30-003 помимо открытой лампы, осуществляющей быструю дезинфекцию воздуха и предназначенной только для облучения свободного от людей помещения, имеется экранированная лампа, облучающая в помещении в присутствии людей верхние слои воздуха, нижние слои при работе экранированной лампы обеззараживаются за счет конвекции.

Высота крепления к стене (от пола) должна быть не менее 1,5 м. Включение открытых ламп в присутствии людей категорически запрещается.

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

Исполнительный  
директор ООО «Ксенон»



  
Огородов В.А.

  
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

---

ООО «Ксенон»

Юр. адрес: Россия, 431430, Республика Мордовия,  
Инсарский р-н, г. Инсар, ул. Советская, 68  
Почт. адрес: Россия, 430030, Республика Мордовия,  
г. Саранск, ул. Полежаева, д. 120А  
Тел./факс г. Инсар: 8 (83449) 2-10-33, 2-10-62  
Тел./факс г. Саранск: 8 (8342) 24-25-41, 48-01-92  
E-mail: xenon@xnn.ru  
Сайт: www.xnn.ru

ИНН/КПП: 1309084872/130901001  
ОГРН: 1131323000126  
ОКПО: 12926234  
БИК: 043601968  
к/с: 30101810422023601968  
р/с: 40702810208180000057  
Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО)

---

Информационное письмо!

Светильники-облучатели серии ОБРН01 предназначены для обеззараживания воздуха в административных, общественных, производственных помещениях, медицинских учреждениях и других местах массового пребывания людей.

Светильники-облучатели ОБРН01 имеет защитный корпус для бактерицидной лампы, что позволяет использовать облучатель в присутствии людей. Включение открытых ламп в присутствии людей категорически запрещается.

Светильники соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

Исполнительный  
директор ООО «Ксенон»



Огородов В.А.