Купить Манометр МВП3-УУ2 -0,1-0-0,5 (мановакуумметр) на сайте **https://medik-dom.ru**

МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР И МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП-У, ВП-У и МВП-У

Паспорт
5Ш0.283.273ПС

1 Основные сведения о приборе

1.1 Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности № СДС.ТТПБ.1.00537 выдан органом по сертификации ООО «ТехноЭксперт».
Срок действия с 22.11.2024 по 21.11.2029 включительно.

1.2 Изготовитель: ОАО «Манотомь», 634061, Россия, г. Томск,

1.3 Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

2 Основные технические данные (необходимое отметить)

2.1 Обозначение прибора и диапазон показаний

Обозначение	кПа	МПа	кгс/см^2
МП3-УУ2			
ВП3-УУ2			
МВП3-УУ2		+0,1-0-0,5	
МП4-УУ2			
ВП4-УУ2			
МВП4-УУ2			

2.2 Класс точности: 1,0 1,5

2.3 Степень защиты IP42 IP53 IP54

2.4 Дополнительные исполнения

Осевой штуцер (ОШ)	Наличие фланца (Ф)	Безопасное стекло	Измеряемая среда

2.5 Резьба присоединительного штуцера М20×1,5

2.6 Размер под ключ, мм 17×17 22×22

2.7 Масса, кг, не более:

Исполнение прибора	Обозначение прибора	
	МП3-УУ2, ВП3-УУ2, МВП3-УУ2	МП4-УУ2, ВП4-УУ2, МВП4-УУ2
IP42	0,6	1,0
IP53, IP54	0,7	1,2

2.8 Температура измеряемой среды от минус 50 °С до плюс 70 °С. Допускается применение приборов для измерения давления сред с температурой до 150 °С (рекомендовано применение отводов-охладителей, охладителей-переходников и др.).

2.9 Содержание драгоценных материалов: серебро
– в припое ПСр-40 в манометрах с верхними значениями диапазона показаний 100 и 160 МПа (1000 и 1600 кгс/см^2), г 0,2663

2.10 Сведения о содержании цветных металлов в составных частях прибора указаны в приложении, которое высылается по запросу организации.

3 Комплектность

Таблица 1

Наименование	Количество	Примечание
1 Прибор	1 шт.	
2 Паспорт	1 экз.	
3 Руководство по эксплуатации	1 экз.	При поставке потребителю партии однотипных приборов не менее 10 штук прилагается одно руководство по эксплуатации на каждые 10 приборов

4 Гарантийные обязательства

4.1 Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода прибора в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа согласно ГОСТ 2405-88 и ТУ 25-02.180335-84.

4.2 Полный средний срок службы не менее 10 лет.

4.3 Гарантийный срок хранения прибора – 9 месяцев с момента изготовления.

5 Свидетельство о приемке

5.1 Прибор №_____ соответствует требованиям ГОСТ 2405-88 и ТУ 25-02.180335-84 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления 09 ДЕК 2024

Клеймо ОТК

ОТК-1

5.2 Сведения о поверке (первичной, периодической) смотреть в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин», https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results).

Сведения о первичной поверке (заполняются в паспорте по заявлению владельца или иного лица).

Дата поверки	Результат поверки	Знак поверки	Подпись поверителя и расшифровка подписи

6 Движение прибора при эксплуатации

6.1 Отметка о приемке прибора

_____ _____ _____

дата подпись расшифровка подписи

6.2 Отметка о вводе в эксплуатацию

_____ _____ _____

дата подпись расшифровка подписи

7 Работы при эксплуатации

7.1 Монтаж прибора и эксплуатация должны осуществляться согласно руководству по эксплуатации. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВВОРАЧИВАТЬ ПРИБОР ЗА КОРПУС!

7.2 Периодическая поверка прибора в процессе эксплуатации проводится в соответствии с МИ 2124-90.

Межповерочный интервал – 2 года.

7.3 Сведения о периодической поверке (заполняются в паспорте по заявлению владельца или иного лица).

Дата поверки	Результат поверки	Знак поверки	Подпись поверителя и расшифровка подписи

8 Сведения по утилизации

8.1 Утилизация приборов осуществляется потребителем способом, не оказывающим негативного влияния на окружающую среду. Прибор не содержит ядовитых, токсичных и взрывчатых материалов и веществ.