Заказать Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый Альфа на сайте **https://medik-dom.ru**

Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застёжкой в виде петли «Альфа» длиной 1000 ± 50 мм (исполнение 2)

Объединение Альфапластик

ТУ 9398-041-00149535-2006

РУ № ФСР 2012/13201 от 13 декабря 2023г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Добровольная сертификация

ISO 9001: 2015

1. Назначение

Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой в виде резиновой петли «Альфа», предназначен для использования при артериальных кровотечениях из верхних и нижних конечностей, при синдроме сдавливания в качестве защитных жгутов, при отеке легких — в качестве турникетных жгутов для «бескровного кровопускания».

Жгут представляет собой ленту с рельефной поверхностью и шнуром в виде петли на одном конце жгута.

Жгут выпускается в 4-х исполнениях.

1. Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый застежкой в виде петли «Альфа» длиной 750 $^{+30}_{-20}$ мм (исполнение 1), в составе:
жгут - 1 шт.; инструкция по эксплуатации - 1 шт.
2. Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой в виде петли «Альфа» длиной 1000 ± 50 мм (исполнение 2), в составе:
жгут - 1 шт.; инструкция по эксплуатации - 1 шт.
3. Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой в виде петли «Альфа» длиной 1200 ± 50 мм (исполнение 3), в составе:
жгут - 1 шт.; инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой в виде петли «Альфа» длиной 1450 ± 50 мм (исполнение 4), в составе:
жгут - 1 шт.; инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Область применения: в условиях лечебных или лечебно-профилактических медицинских учреждений, в военно-полевых условиях, в быту.

Показания к применению:
- первая помощь при сильном артериальном кровотечении;
- во время проведения внутривенных инъекций;
- при отеке легких — в качестве турникетных жгутов для «бескровного кровопускания».

Противопоказания к применению:
- наличие гнойной раны на месте повреждения.

Возможные побочные действия — нет.

Меры предосторожности — во избежание повреждения кожных покровов, под жгут необходимо подложить мягкую ткань.

Жгут изготавливают в климатическом исполнении У 1.1 по ГОСТ 15150, температура эксплуатации жгута от минус 40°С до плюс 40°С.

Класс жгута в зависимости от потенциального риска применения — 1 по ГОСТ 31508.

Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий — 210370.

Дата изготовления (кв., год)

Номер партии (серийный номер)

Номер упаковщика

4 610046 780154

Производитель: ООО «Объединение Альфапластик»,
Россия, 107150, г. Москва, 4-ый проезд Подбельского, д.3
302011, г. Орёл, Новосильское шоссе, д. 14

2. Технические характеристики

Цвет жгута должен быть оранжевым.

Шнур (петля) для комплектации жгута должен быть оранжевым.

3. Подготовка к эксплуатации

Жгут двукратно протирают салфеткой из бязи (ГОСТ 29298) или марли (ГОСТ 11109), смоченной в дезинфицирующем 3%-ном растворе перекиси водорода (ГОСТ 177) с 0,5% моющего средства («Прогресс», «Астра», «Лотос», «Маричка», Россия) с интервалом между протираниями от 10 до 15 минут.

Температура дезинфицирующего раствора должна быть менее 18°С.

После 5 циклов обработки жгут не должен деформироваться, на его поверхности не должны появляться трещины, видимые невооруженным глазом.

Допускается после многократной дезинфекции изменение цвета жгута.

4. Комплектность

В комплект поставки должно входить: жгут – 1 шт.; инструкция по эксплуатации – 1 шт..

5. Транспортирование и хранение

Жгут, упакованный в соответствии с требованиями настоящих технических условий, транспортируют по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 транспортом всех видов в крытых транспортных средствах при температуре от минус 50°С до плюс 50° С в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Жгут, упакованный в соответствии с требованиями настоящих технических условий, хранят в закрытом складском помещении по группе условий хранения (Л) ГОСТ 15150 при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% при температуре +25°С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

При транспортировании и хранении жгут не должен подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, растворителей, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие жгута требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

Гарантийный срок годности жгута — пять лет со дня изготовления.

7. Утилизация

Утилизация жгута после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий)» для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287-113.

Неиспользованный жгут по окончанию срока годности относят к медицинским отходам класса А и утилизируют как бытовые отходы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО РЕЗИНОВОГО РИФЛЕНОГО С ЗАСТЕЖКОЙ В ВИДЕ ПЕТЛИ «АЛЬФА»

